

Prüfschein

Prüfung auf Einhaltung der technischen Anforderungen gemäß Hilfsmittelverzeichnis -
Produktgruppe „Hörhilfen“ - 13.20.22.9

Antragsteller: **Sonova Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Phonak**
Max-Eyth-Str. 20, 70736 Fellbach-Oeffingen, Germany

Legal Manufacturer: **Sonova AG**
Laubisrütistr. 28, 8712 Stäfa, Switzerland

Label: **Phonak**

Typbezeichnung des Gerätes: **Phonak Naída L90-PR**

Nr.	geforderte Eigenschaft	Prüfergebnis	erfüllt
1	Bauartnummer	DHI 13995	ja
2	Bauform	HdO	ja
3	Energiequelle	Akku mit eigener Bauform	ja
4	Analog- oder Digitaltechnik	digitale Signalverarbeitung	ja
5	Mehrkanaligkeit	20-kanalige Signalverarbeitung	ja
6	frontale Schallaufnahme	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik	ja
7	Hörprogramme / Hörsituationen	4 / 7	ja
8	Zusätzliche Hörprogramme / -situationen	5	ja
9	Rückkopplungsunterdrückung	vorhanden	ja
10	Störschallunterdrückung	vorhanden	ja
11	Ausgangsschalldruckbegrenzung	vorhanden	ja
12	Verstärkung / OSPL90 max	63 dB / 129 dB	ja
13	Frequenzmodifikation	vorhanden	ja
14	Impulsschallunterdrückung	vorhanden	ja
15	Windgeräuschunterdrückung	vorhanden	ja
16	Telefonspule	nicht vorhanden	ja
17	Audioeingang (DAI)	nicht vorhanden	ja
18	Datalogging	vorhanden	ja
19	manuelle Bedienelemente	Lautstärksteller und/oder Programmwechsel	ja
20	fernbedienbar	ja	ja
21	Bluetooth Audio	vorhanden	ja

Die Bedingungen des Hilfsmittelverzeichnisses - Produktgruppe „Hörhilfen“- 13.20.22.9 vom 14. Dezember 2020 (gültig ab 01. April 2022) sind erfüllt.



signiert
Dr. Hendrik Husstedt
05.09.2023
11:50:07 +02

Deutsches Hörgeräte Institut GmbH
Anschützstr. 1, 23562 Lübeck



Prüflaboratorium für Hörgeräte