

Prüfschein

Prüfung auf Einhaltung der technischen Anforderungen gemäß Hilfsmittelverzeichnis -
Produktgruppe „Hörhilfen“ - 13.20.22.9

Antragsteller: **Sonova Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Phonak**
Max-Eyth-Str. 20, 70736 Fellbach-Oeffingen, Germany

Legal Manufacturer: **Sonova AG**
Laubisrütistr. 28, 8712 Stäfa, Switzerland

Label: **Phonak**

Typbezeichnung des Gerätes: **Phonak Audéo P30-RT (MAV)**

Nr.	geforderte Eigenschaft	Prüfergebnis	erfüllt
1	Bauartnummer	DHI 12140	ja
2	Bauform	HdO mit Ex-Hörer	ja
3	Energiequelle	Akku mit eigener Bauform	ja
4	Analog- oder Digitaltechnik	digitale Signalverarbeitung	ja
5	Mehrkanaligkeit	12-kanalige Signalverarbeitung	ja
6	frontale Schallaufnahme	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik	ja
7	Hörprogramme / Hörsituationen	4 / 2	ja
8	Zusätzliche Hörprogramme / -situationen	5	ja
9	Rückkopplungsunterdrückung	vorhanden	ja
10	Störschallunterdrückung	vorhanden	ja
11	Ausgangsschalldruckbegrenzung	vorhanden	ja
12	Verstärkung / OSPL90 max	46 dB / 119 dB	ja
13	Frequenzmodifikation	vorhanden	ja
14	Impulsschallunterdrückung	nicht vorhanden	ja
15	Windgeräuschunterdrückung	nicht vorhanden	ja
16	Telefonspule	vorhanden	ja
17	Audioeingang (DAI)	nicht vorhanden	ja
18	Datalogging	vorhanden	ja
19	manuelle Bedienelemente	Lautstärksteller und/oder Programmwechsel	ja
20	fernbedienbar	ja	ja
21	Bluetooth Audio	vorhanden	ja

Die Bedingungen des Hilfsmittelverzeichnisses - Produktgruppe „Hörhilfen“ - 13.20.22.9 vom 28. Februar 2018 sind erfüllt.



signiert
von: Dr. Hendrik Husstedt
am: 07.07.2021
um: 11:32:10 +02

Deutsches Hörgeräte Institut GmbH
Anschützstr. 1, 23562 Lübeck



Prüflaboratorium für Hörgeräte