

Prüfschein

Prüfung auf Einhaltung der technischen Anforderungen gemäß Hilfsmittelverzeichnis
- Produktgruppe 13 „Hörhilfen“ - Untergruppe 10

Antragsteller: **Sonova Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Phonak**
Typbezeichnung des Hörgerätes: **Phonak Audéo P90-13T (UP)**

Nr.	geforderte Eigenschaft	Prüfergebnis	erfüllt
1	Bauartnummer	DHI 11377	ja
2	Bauform	HdO mit Ex-Hörer	ja
3	Energiequelle	Batterie vom Typ 13 (PR48)	ja
4	Analog- oder Digitaltechnik	digitale Signalverarbeitung	ja
5	Mehrkanaligkeit	20-kanalige Signalverarbeitung	ja
6	frontale Schallaufnahme	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik	ja
7	Hörprogramme / Hörsituationen	4 / 7	ja
8	Zusätzliche Hörprogramme / -situationen	5	ja
9	Rückkopplungsunterdrückung	vorhanden	ja
10	Störschallunterdrückung	vorhanden	ja
11	Ausgangsschalldruckbegrenzung	vorhanden	ja
12	Verstärkung / OSPL90 max	65 dB / 132 dB	ja
13	Frequenzmodifikation	vorhanden	ja
14	Impulsschallunterdrückung	vorhanden	ja
15	Windgeräuschunterdrückung	vorhanden	ja
16	Telefonspule	vorhanden	ja
17	Audioeingang (DAI)	nicht vorhanden	ja
18	Datalogging	vorhanden	ja
19	manuelle Bedienelemente	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel	ja
20	fernbedienbar	ja	ja
21	Bluetooth Audio	vorhanden	ja

Dieses Gerät ist in den akustischen Funktionen identisch mit dem Gerät „Phonak Audéo P90-13T (M)“ laut Bericht Nr. 7534.

Die Bedingungen des Hilfsmittelverzeichnisses - Produktgruppe 13 „Hörhilfen“- vom 28. Februar 2018 sind erfüllt.