

# Prüfschein

Prüfung auf Einhaltung der technischen Anforderungen gemäß Hilfsmittelverzeichnis -  
Produktgruppe „Hörhilfen“ - 13.20.10.9

Antragsteller: **Sonova Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Phonak**  
**Max-Eyth-Str. 20, 70736 Fellbach-Oeffingen, Germany**

Legal Manufacturer: **Sonova AG**  
**Laubisrütistr. 28, 8712 Stäfa, Switzerland**

Label: **Phonak**

Typbezeichnung des Gerätes: **Phonak Audéo L30-R (UP)**

Nr.	geforderte Eigenschaft	Prüfergebnis	erfüllt
1	Bauartnummer	DHI 12878	ja
2	Bauform	HdO mit Ex-Hörer	ja
3	Energiequelle	Akku mit eigener Bauform	ja
4	Analog- oder Digitaltechnik	digitale Signalverarbeitung	ja
5	Mehrkanaligkeit	12-kanalige Signalverarbeitung	ja
6	frontale Schallaufnahme	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik	ja
7	Hörprogramme / Hörsituationen	4 / 2	ja
8	Zusätzliche Hörprogramme / -situationen	5	ja
9	Rückkopplungsunterdrückung	vorhanden	ja
10	Störschallunterdrückung	vorhanden	ja
11	Ausgangsschalldruckbegrenzung	vorhanden	ja
12	Verstärkung / OSPL90 max	65 dB / 132 dB	ja
13	Frequenzmodifikation	vorhanden	ja
14	Impulsschallunterdrückung	nicht vorhanden	ja
15	Windgeräuschunterdrückung	vorhanden	ja
16	Telefonspule	nicht vorhanden	ja
17	Audioeingang (DAI)	nicht vorhanden	ja
18	Datalogging	vorhanden	ja
19	manuelle Bedienelemente	Lautstärksteller und/oder Programmwechsel	ja
20	fernbedienbar	ja	ja
21	Bluetooth Audio	vorhanden	ja

**Dieses Gerät ist in den akustischen Funktionen identisch mit dem Gerät „Phonak Audéo L30-R (M)“ laut Bericht Nr. 8379.**

**Die Bedingungen des Hilfsmittelverzeichnisses - Produktgruppe „Hörhilfen“ - 13.20.10.9 vom 14. Dezember 2020 (gültig ab 01. April 2022) sind erfüllt.**

**Deutsches Hörgeräte Institut GmbH**  
Anschützstr. 1, 23562 Lübeck



Prüflaboratorium für Hörgeräte