

Prüfschein

Prüfung auf Einhaltung der technischen Anforderungen gemäß Hilfsmittelverzeichnis
- Produktgruppe 13 „Hörhilfen“ - Untergruppe 14.2

Antragsteller: **Sonova Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Phonak
Max-Eyth-Str. 20, 70736 Fellbach-Oeffingen, Germany**

Legal Manufacturer: **Sonova AG
Laubisrütistr. 28, CH-8712 Stäfa, Switzerland**

Label: **Phonak**

Typbezeichnung des Gerätes: **Phonak Naída P70-UP als Tinnitus-Kombigerät**

Nr.	geforderte Eigenschaft	Prüfergebnis	erfüllt
1	Bauartnummer	DHI 11799	ja
2	Bauform	HdO	ja
3	Energiequelle	Batterie vom Typ 675 (PR44)	ja
4	Art des Tinnitusgerätes	kombiniertes Tinnitusgerät/Hörgerät (Tinnitus-Instrument) für an Taubheit grenzend Schwerhörige	ja
5	Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräuschs	durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell über Zubehör	ja
6	manueller Einstellbereich der Lautstärke	20 dB	ja
7	individuell veränderbares Frequenzspektrum	einstellbar in 20 Bändern	ja
8	max. Ausgangsschalldruck <110 dB	106 dB	ja
9	Frequenzbereich des Geräuschs	< 200 Hz bis 7133 Hz	ja
10	manuelle Bedienelemente am Gerät (nutzbar für die Tinnitusfunktion)	vorhanden	ja
11	fernbedienbar (nutzbar für die Tinnitusfunktion)	ja	ja

**Die Bedingungen des Hilfsmittelverzeichnisses - Produktgruppe 13 „Hörhilfen“-
vom 28. Februar 2018 sind erfüllt.**



signiert
von: Dr. Hendrik Husstedt
am: 02.02.2021
um: 11:45:59 +01

Deutsches Hörgeräte Institut GmbH
Anschützstr. 1, 23562 Lübeck



Prüflaboratorium für Hörgeräte