

Prüfschein

Prüfung auf Einhaltung der technischen Anforderungen gemäß Hilfsmittelverzeichnis
- Produktgruppe 13 „Hörhilfen“ - Untergruppe 12 / 22

Antragsteller: **Sonova Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Phonak**
Typbezeichnung des Hörgerätes: **Phonak Sky M50-M**

Nr.	geforderte Eigenschaft	Prüfergebnis	erfüllt
1	Bauartnummer	DHI 10534	ja
2	Bauform	HdO	ja
3	Energiequelle	Batterie vom Typ 312 (PR41)	ja
4	spannungsstabile Schaltung	± 3 dB: 0.87 V bis >1.50 V Funktion: 0.86 V bis >1.50 V	ja
5	Analog- oder Digitaltechnik	digitale Signalverarbeitung	ja
6	Mehrkanaligkeit	12-kanalige Signalverarbeitung	ja
7	frontale Schallaufnahme	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik	ja
8	Hörprogramme / Hörsituationen	3 / 3	ja
9	Zusätzliche Hörprogramme / -situationen	5	ja
10	Rückkopplungsunterdrückung	vorhanden	ja
11	Störschallunterdrückung	vorhanden	ja
12	Ausgangsschalldruckbegrenzung	vorhanden	ja
13	Verstärkung	55 dB	ja
14	OSPL90 max	128 dB	ja
15	Frequenzmodifikation	vorhanden	ja
16	Telefonspule	vorhanden	ja
17	Audioeingang (DAI)	nicht vorhanden	ja
18	Datalogging	vorhanden	ja
19	manuelle Bedienelemente	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel	ja
20	fernbedienbar	ja	ja

Die Bedingungen des Hilfsmittelverzeichnisses - Produktgruppe 13 „Hörhilfen“- vom 28. Februar 2018 sind erfüllt.



signiert
von: Dr. Hendrik Husstedt
am: 02.09.2019
um: 11:57:47 +02

Deutsches Hörgeräte Institut GmbH
Anschützstr. 1, 23562 Lübeck



Prüflaboratorium für Hörgeräte